# ULTRASONIDO MODO A

DGH TECHNOLOGY, INC.
THE ULTRASOUND SPECIALIST

- **EL DGH 6000 COMBINA LA PRECISIÓN** DEL PROBADO PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO DE PATRONES A-SCAN DE DGH CON LA POTENCIA DE PROCESAMIENTO, EL ALMACENAMIENTO DE DATOS Y LAS VENTAJAS DE CONECTIVIDAD DE UNA COMPUTADORA PERSONAL.
- **EL SOFTWARE INTUITIVO** PERMITE INGRESAR RÁPIDAMENTE DATOS DE PACIENTES, TOMAR MEDICIONES DE BIOMETRÍA, REALIZAR CÁLCULOS DE LIO Y CREAR INFORMES.

## ESPECIFICACIONES

Rango de medición
- AXL 15.0 mm a 40.0 mm
- ACD 2.0 mm a 6.0 mm
- LT 2.0 mm a 7.5 mm

Transductor
- Longitud 55.7 mm x Diámetro 6.6 mm
- Frecuencia 10.0 MHz (Nominal)
- Haz acústico enfocado (23.0 mm Nominal)

Tipos de ojos
- Afáquico
- Normal
- Catarata
- Pseudofáquico (Acrílico)

Otros
- Comentarios audibles para la alineación de la sonda
- Detección de compresión corneal
- Velocidades totalmente configurables
- Guardar formas de onda de escaneo A o de video individual
- Modos de medición automática y manual
- Personalizable: cada médico puede configurar los ajustes de escaneo A preferidos

Requerimientos mínimos del sistema

**Procesador:** 32 bits o 64 bits, 2 GHz **- Memoria:** 2 GB de RAM
**Unidad óptica:** DVD-ROM (para instalación de software) **-Disco duro:** 1 GB mínimo, 100 GB
**Puertos recomendados:** USB 2.0 **- Pantalla:** 1024 x 768 Resolución **- Periféricos:** Mouse (o Touchpad), Teclado y Altavoces (Para Alineación Feedback audible) **- Fuente de alimentación de CA:** Grado médico

Sistemas operativos compatibles

- Microsoft Windows XP SP3 o superior (32 bits)
- Microsoft Windows Vista SP1 o superior (32 o 64 bits)
- Microsoft Windows 7 (32 o 64 bits)
- Microsoft Windows 8 (32 o 64 bits)
- Microsoft SBS (2003 o 2008) - Solo instalación de SQL Server

ISEM
Ingeniería en Sistemas y Equipos Médicos
Horizonte 1156 Col. Jardines del Bosque, CP:44520,Guadalajara,Jalisco
Correo: marketing@isem.mx www.isem.mx
Tel: (33) 3122 9881
(33) 31229771